



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	82.1972
Artikelbeschreibung	Deep Well Platte, 96 Well, 2,2 ml, kompatibel mit KingFisher? Flex/Duo Prime/Presto/Apex, Bio Sprint 96, Chemagic? Prime?, STARlet, MultiMACS M96 Separator, konischer Keil, DNA-/DNase-/RNase-/PCR-Inhibitor-frei, Material: PP, eckige Kavitäten, 4 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Folie
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von diagnostischen Proben
Passend für	KingFisher? Flex/Duo Prime/Presto/Apex, Bio Sprint 96, Chemagic? Prime?, STARlet, MultiMACS M96 Separator
Bodenform	konischer Keil
Anzahl der Wells	96
Arbeitsvolumen	1 µl - 2,2 ml
Zentrifugation max (RZB)	4500 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Deep Well Platte, 2,2 ml,
DNA-/DNase-/RNase-/PCR-Inhibitor-frei, PP

Seite 2

Maße

Nennvolumen	2,2 ml
Volumen max	2,2 ml
Durchmesser	7,52 mm
Breite des Produktes	85 mm
Höhe des Produktes	41,85 mm
Länge des Produktes	127,76 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Reinheitsstandard	DNA-/DNase-/RNase-/PCR-Inhibitor-frei
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	24
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	4
Stück pro Umkarton	24
Stück pro Palette	2304
Tiefe des Umkartons	283 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	210 mm
Volumen des Umkartons	0,0159 cbm
Gewicht des Produktes	0,0848 kg
Gewicht des Umkartons	2,28 kg
EAN des Innenkartons	4038917952477
EAN des Umkartons	4038917952484

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2025-04-08

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT